

III - Orta
20

Doğruluk Sınıfı
Muayene Sabiti (e)

Kapasite (ton)	Mak. İzin Verilebilir Hata (e)	Belirsizlik Değeri (%)
1	0,5	2,00%
2	0,5	1,00%
3	0,5	0,67%
4	0,5	0,50%
5	0,5	0,40%
6	0,5	0,33%
7	0,5	0,29%
8	0,5	0,25%
9	0,5	0,22%
10	0,5	0,20%
11	1	0,36%
12	1	0,33%
13	1	0,31%
14	1	0,29%
15	1	0,27%
16	1	0,25%
17	1	0,24%
18	1	0,22%
19	1	0,21%
20	1	0,20%
21	1	0,19%
22	1	0,18%
23	1	0,17%
24	1	0,17%
25	1	0,16%
26	1	0,15%
27	1	0,15%
28	1	0,14%
29	1	0,14%
30	1	0,13%
31	1	0,13%
32	1	0,13%
33	1	0,12%
34	1	0,12%
35	1	0,11%
36	1	0,11%
37	1	0,11%
38	1	0,11%
39	1	0,10%
40	1	0,10%
41	1,5	0,15%
42	1,5	0,14%
43	1,5	0,14%
44	1,5	0,14%
45	1,5	0,13%
46	1,5	0,13%
47	1,5	0,13%
48	1,5	0,13%
49	1,5	0,12%
50	1,5	0,12%
51	1,5	0,12%
52	1,5	0,12%
53	1,5	0,11%
54	1,5	0,11%
55	1,5	0,11%
56	1,5	0,11%
57	1,5	0,11%
58	1,5	0,10%
59	1,5	0,10%
60	1,5	0,10%
61	1,5	0,10%
62	1,5	0,10%
63	1,5	0,10%
64	1,5	0,09%
65	1,5	0,09%
66	1,5	0,09%
67	1,5	0,09%
68	1,5	0,09%
69	1,5	0,09%
70	1,5	0,09%

www.resisco.com

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Ek-1' e göre hesaplanarak hazırlanmıştır
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160702-3-1.pdf>

Kurum ve kuruluşlarda kanıt olarak kullanılamaz. Hesaplamalarda yer alan olası hatalardan oluşacak sonuçlardan firmamız sorumlu değildir. Bilgi amaçlı çalışma notudur.